

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, **BD SENSORS s.r.o.**
Hradištská 817, 687 08 Buchlovice, Česká republika
IČO 49968416

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

výrobky: zobrazovací a vyhodnocovací přístroje

typy: AX4-DS2XX, AX4-DS4XX jsou ve shodě s následujícími normami:


České normy	Evropské normy
ČSN EN 60079-0 ed. 3:2010	EN 60079-0:2009
ČSN EN 60079-11:2007	EN 60079-11:2007
ČSN EN 60079-26:2007	EN 60079-26:2007

a **typ:** AX4-PA430 je ve shodě s následujícími normami:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 60079-0 ed. 3:2010	EN 60079-0:2009
ČSN EN 60079-11:2007	EN 60079-11:2007

Všechny typy jsou ve shodě s následujícími nařízeními vlády (NV):

NV 23/2003 Sb. v platném znění	94/9/ES v platném znění
NV 616/2006 Sb. v platném znění	2004/108/ES v platném znění

Výrobek, za podmínek uvedených v návodu k použití a v ES Certifikátu o přezkoušení typu, splňuje stupeň nevybušnosti  **II 1G Ex ia IIC T4** nebo **II 1G Ex ia IIB T4** (pro AX4-DS4XX)

II 2G Ex ia IIC T4 nebo **II 2G Ex ia IIB T4** (pro AX4-DS2XX)

II 2G Ex ia IIC T4 Gb (pro AX4-PA430)

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmühlweg 7
D-09599 Freiberg

zkoušel dané výrobky a vydal:

ES Certifikát o přezkoušení typu č. IBExU06ATEX1049 X z 08.03.2006 (zkušební zpráva č. IB-06-3-005/1)

Dodatek č. 1 z 11.04.2011 (zkušební zpráva č. IB-10-3-397)

Dodatek č. 2 z 11.07.2012 (zkušební zpráva č. IB-12-3-134)

Interní EMC laboratoř BD SENSORS s.r.o.

zkoušela daný výrobek a vydala:

Zkušební protokol o zkoušce elektromagnetické slučitelnosti z 22.11.2007

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 06

Buchlovice 25.07.2012



Ing. Kamil PSOTKA
Vedoucí úseku vývoje



Ing. Antonín MENŠÍK
Zástupce vedoucího úseku vývoje