

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817, 687 08 Buchlovice, Česká republika
IČO 49968416

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

výrobky: snímače tlaku


typy: AX7-XMP i, AX7-XMP ci, AX7-XMD

jsou ve shodě s následujícími normami:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 60079-0 ed. 3:2010	EN 60079-0:2009
ČSN EN 60079-1:2008	EN 60079-1:2007

a následujícími nařízeními vlády (NV), v závorce uvedeno číslo EU směrnice:

NV 23/2003 Sb. v platném znění	94/9/ES v platném znění
NV 616/2006 Sb. v platném znění	2004/108/ES v platném znění

Výrobek, za podmínek uvedených v návodu k použití a v ES Certifikátu o přezkoušení typu, splňuje stupeň nevíbušnosti  II 2G Ex d IIC T5 Gb

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmühlweg 7
D-09599 Freiberg

zkoušel dané výrobky a vydal:

ES Certifikát o přezkoušení typu č. IBExU12ATEX1073 X z 11.07.2012 (zkušební zpráva č. IB-09-3-281)

Interní EMC laboratoř BD SENSORS s.r.o.

zkoušela daný výrobek a vydala:

Zkušební protokol o zkoušce elektromagnetické slučitelnosti z 22.11.2007

Buchlovice 27.08.2012



Ing. Kamil PSOTKA
Vedoucí úseku vývoje



Ing. Antonín MENŠÍK
Zástupce vedoucího úseku vývoje